

ZPS v MG screeningu

Kovář V., Glatzner M.



Vyhodnocení realizace ZPS screeningových mamografických pracovišť v rámci jejich reakreditace

- Na základě doporučení Komise odborníků pro mamární diagnostiku a požadavku MZ ČR provedli Ing. Vladimír Kovář, vedoucí ORF MOÚ a pan Miloš Glatzner, biomedicínský technik – technik kontroly kvality ORF MOÚ na základě zaslaných materiálů realizaci a kvalitu provádění ZPS podle stanovených kritérií s tímto výsledkem:

Počty hodnocených pracovišť

- Celkem bylo hodnoceno 48 screeningových pracovišť
- Z tohoto počtu plně vyhovělo stanoveným požadavkům 34 pracovišť. U 14 pracovišť byly zjištěny dílčí nebo podstatné závady.
- Písemná hodnocení obdrží pracoviště společně s termínem odstranění nedostatků cestou MZ.

Zjištěné klady

- Kladně lze hodnotit skutečnost, že všechna hodnocená pracoviště jsou vybavena potřebnými pomůckami a zkoušky, byť s rozdílnou kvalitou, provádějí.
- Jde o jedinou oblast radiologie v ČR, ve které se podařilo plošně realizovat ZPS a pojmát je jako součást celkové úrovně kvality poskytované péče.

Zjištěné nedostatky

- Hlavní nedostatky spočívají v oblastech optimalizace vyvolávacího procesu a v nesystematičnosti provádění referenční zkoušky po provedené zkoušce dlouhodobé stability a v porovnávání naměřených hodnot a zjištěných skutečností při periodických zkouškách s referenční hodnotou.

Pracoviště, která dosud nereagovala na novelu Věstníku MZ při realizaci screeningu

- Benešov
- Břeclav
- Česká Lípa
- Č. Budějovice – Medipoint
- Děčín
- Hranice
- Chomutov
- Nové Město n/M
- Nový Jičín
- FN Olomouc
- Opava
- FN Ostrava
- Plzeň – Lochotín
- Plzeň - Chocová
- Poděbrady
- Praha Vinohrad
- Praha FTN
- Rakovník – sat
- Sokolov
- Tachov
- Třebíč
- Ústí n/L
- Vsetín
- Zlín

■ [www.mamo.cz/Pro lékaře/Novinky technice](http://www.mamo.cz/Pro_lékaře/Novinky_technice)