



KOMISE ODBORNÍKŮ PRO MAMÁRNÍ DIAGNOSTIKU



## Zápis KOMD ze dne : 27. ledna 2006

1. Na základě kontrol provedených zástupci MZ, KOMD a CBA souhlasí KOMD s pokračováním MG screeningového programu na pracovištích :  
Kroměříž, FN Hradec Králové, FN Plzeň, Třebíč, Břeclav a Zlín
2. MUDr. Tmějová – Svitavy : pracoviště nyní reálně neexistuje, doporučujeme ve screeningovém programu nepokračovat
3. Vyjádření KOMD k pracovištím před druhou reakreditací :
  - OSTRAVA Mephacentrum: nižší podíl minimálních Ca (dop. tento parametr sledovat), jinak vyhovuje
  - Benešov: nižší počet vyšetřených žen, jinak vyhovuje
  - České Budějovice: pracoviště bude navštíveno zástupcem CBA k dořešení nejasností v datovém auditu, jinak pracoviště vyhovuje
  - Jičín: nižší počty vyšetřených žen, jinak pracoviště vyhovuje
  - Pardubice: nižší počet vyšetřených žen, jinak pracoviště vyhovuje
  - Vsetín: KOMD doporučuje fyzickou kontrolu zástupců MZ, KOMD a CBA pro nejasnosti v personální obsazení i z hlediska kvality pracoviště - zatím nelze hodnotit
  - Česká Lípa: nižší počet vyšetřených žen, jinak vyhovuje
  - Náchod - nižší počet vyšetřených žen, chybí kompletní histologie, jinak vyhovuje

ZPS u všech pracovišť vyjmenovaných pod bodem 3. budou vyhodnoceny až po zaslání příslušných materiálů.

Závěr : Kromě Vsetína doporučujeme všechna pracoviště k dalšímu pokračování MG screeningu

4. KOMD doporučuje sjednotit reakreditační interval u všech pracovišť vždy k 31.12. daného roku.
5. Fyzik pro RDG oddělení – s odkazem na příslušnou vyhlášku, která vychází z „Atomového“ zákona je stanovisko KOMD k požadavku radiologického fyzika na screening. MG centrech toto :
  - na velkých centrech řešit formou fyzické přítomnosti fyzika (pracovní úvazek)
  - na malých centrech zajistit smluvně s osobou oprávněnou k této činnosti v rozsahu potřebném pro dané pracoviště

KOMD současně požádá Společnost radiologických fyziků o vypracování náplně práce radiologického fyzika (vyřídí Daneš + Kovář, kontakt na dr. Judase).

6. Digitalizace MMG screeningu – stanovisko KOMD k digitální mamografii je neměnné z hlediska nedoporučení systémů CR pro screeningovou MG. Pro primární digitální mamografické systémy KOMD **zejména vnímá, že diskutabilním parametrem je velikost detektoru**. KOMD proto doporučuje screeningovým MG pracovištím, aby případný nákup digitálního mamografu každé pracoviště individuálně konzultovalo s KOMD.



KOMISE ODBORNÍKŮ PRO MAMÁRNÍ DIAGNOSTIKU



Souhrn současných požadavků k digitálním MG systémům připraví Dr. Zoubek (detektory, monitory, tiskárny...)

7. Smlouvy se zdrav. pojišťovnami – KOMD doporučuje nasmlouvání screening. kódu řešit dodatkem ke smlouvě, že pracoviště bude dodržovat podmínky screening. programu dle platné legislativy a v případě jejich nedodržování bude mít komise odborné společnosti možnost doporučit zdravotním pojišťovnám zrušení smlouvy se screeningovým centrem.
8. K problematice nových smluv mezi MG pracovišti (screeningovými i diagnostickými) a zdravotními pojišťovnami – KOMD žádá o přizvání k jednání o jejich prodlužování.
9. Sazebník výkonů – KOMD konstatuje, že dle nového seznamu výkonů nelze de facto vykázat mamografii u dispenzarizovaných žen ani pod kódem výkonu screeningové MG ani pod kódem výkonu diagnostické MG.

AMA-CZ :

1. Česká spořitelna – sponzorské zapojení České spořitelny do MG screeningu ČR. V první fázi nákup bioptických děl a 10-ti jehel pro každé screeningové centrum ( každé screening. centrum může umístit na svém pracovišti plaketu o sponzoringu Českou spořitelnou).
2. Změna adresy sídla AMA-CZ. Nová adresa :  
  
Asociace mamodiagnostiků České republiky  
Prim. MUDr. Miroslava Skovajsová Ph.D.  
DTC - Mamma centrum  
Roškotova 1717/2  
Praha 4  
140 44
2. Bylo projednáno, že zápisy z jednání KOMD a AMA-CZ budou od ledna 2006 zveřejňovány na internetové adrese [www.mamo.cz](http://www.mamo.cz)

Doc. MUDr. J. Daneš, CSc.    Prim. MUDr. M. Skovajsová    Prim. MUDr. H. Bartoňková

MUDr. Dana Houserková    Prim. MUDr. Z. Svobodová    Prim. MUDr. Z. Mutina

MUDr. I. Hrnčířová    MUDr. D. Zoubek

ing. V.Kovář

Hosté : Mgr. A. Svobodník

Nepřítomní : Prim. MUDr. K. Dvořák