



KOMISE ODBORNÍKŮ PRO MAMÁRNÍ DIAGNOSTIKU



## Zápis KOMD ze dne : 14. listopadu 2006

1. Litomyšl – KOMD jednohlasně souhlasí s doporučením Komise pro screening nádorů prsu MZ ze dne 6.června 2006, kdy Komise doporučila kontinuitu MG screeningu ve Svitavách pod správou nemocnice Litomyšl podmíněčně na rok (jednání Komise MZ se zúčastnili všichni 3 zástupci KOMD Daneš, Skovajsová, Bartoňková)  
K jednání KOMD pozván zástupce nemocnice Litomyšl prim. Oleár : seznámil KOMD se současnou situací MG pracoviště na ul. Kollárova, Svitavy.  
(Pro hlasují všichni přítomní členové KOMD)
2. Nemocnice Prostějov – KOMD po zvážení všech argumentů pro a proti nemá námitek se zařazením do MG screeningu zkušebně na jeden rok. Pro zařazení pracoviště svědčí mimo jiné předchozí vyřazení jiného centra ze screeningu v regionu (pracoviště Promedica Prostějov). KOMD vzala v úvahu i počet žen cílové skupiny v Olomouckém kraji. Pracoviště opakovaně deklarovalo splnění všech podmínek nutných ke vstupu do MG screen.sítě - toto bude ověřeno kontrolou „in situ“ těmito členy KOMD: Housenková, Mutina, Bartoňková. (Pro hlasují všichni přítomní členové KOMD)
3. Nemocnice Rychnov n. K. – pracoviště patří do kraje Královéhradeckého, kde je v současné době jedna z nejhustějších sítí MG screeningu. Pracoviště splňuje podmínky, nicméně KOMD nedoporučuje t.č. do MG screeningu z důvodu až nadměrného pokrytí kraje screeningovými pracovišti: 90 tisíc žen cílové skupiny Královéhradeckého kraje na 5 screeningových pracovišt. KOMD doporučuje pracoviště na čekací listinu. (Hlasování : z přítomných 8 členů KOMD hlasovalo 7 pro nezařazení do MG screeningu, Daneš se zdržel hlasování)
4. Reakreditace: 16 center do 31.12.2006:  
Jihlava – pracoviště bude navštíveno zástupci KOMD (Skovajsová, Mutina) případně i MZ (Krejčová)  
Ostatní pracoviště budou na místě kontrolována jen v případě, pokud bude zjištěno větší množství závad z Datového auditu (proběhne zítra) a z realizace ZPS na daných pracovištích.
5. Institut koordinátora MG screeningu v kraji – v rámci zefektivnění screeningového programu ČR doc. Daneš navrhuje zřízení tzv. koordinátora screeningu v jednotlivých krajích za účelem metodického řízení screeningu v daném regionu. Jména koordinátorů budou zveřejněna na [www. mamo.cz](http://www.mamo.cz) a budou poskytnuta i ZP. Připraví Skovajsová ve spolupráci s ostatními členy KOMD.
6. Informace ze SÚJB (Daneš): koordinátoři MG screeningu budou se zvýšenou pozorností sledovat ZDS screeningových center v jednotlivých regionech.
7. Podmínky uzavření rámcových smluv (Daneš, Skovajsová) : KOMD doporučuje stanovit podmínky k provádění mamografie a screeningu (ZDS bez závad, platné povolení k nakládání se zdrojem IZ, klinické standardy, dále u screeningových center dodržování doporučených postupů publikovaných ve Věstníku MZ a dále doporučení AMA CZ a Radiologické společnosti)



KOMISE ODBORNÍKŮ PRO MAMÁRNÍ DIAGNOSTIKU



8. KOMD navrhuje ZP, aby indikace ke screeningové MG byla umožněna i ošetřujícím lékařům pacientek v dispenzární péči (chirurgové, onkologové atd.)
9. Integrovaný kód – KOMD doporučuje, aby byl pro MG screening zajištěn integrovaný kód, který byl do sebe zahrnoval i určený procentuální podíl vyjmenovaných doplňujících vyšetření, provedených v rámci MG screeningu s časovým odstupem do jednoho kalendářního roku od screeningové mamografie: doplňující MG, UZ prsů a core-cut biopsie prsu. Nutné **minimální procento doplňujících vyšetření bylo prokázáno jak pilotním projektem screeningu, tak ho prokazuje opakovaně „Datový audit MG screeningu“**. Skovajsová dodá Danešovi podklady z pilotního projektu o zastoupení jednotlivých doplňujících vyšetření k přípravě kalkulačního listu.
10. KOMD doporučuje samostatný kód pro UZ prsu pro odbornost 809 pouze pro pracoviště, která mají nasmlouvaný kód pro diagnostickou nebo screeningovou MG. UZ vyšetření prsu by tak již nebylo možno vykazovat jiným kódem (např. kódem 09 135 nebo 09 137 nebo 09 139).
11. Úhradová vyhláška na rok 2007 (Daneš informuje) – KOMD nesouhlasí s návrhem úhradové vyhlášky, kde je uvedena regulace screeningové MG vypočtená ze starého sazebníku výkonů.
12. Pracoviště žádající digitalizaci MG screeningu (např. FTN) a ostatní MG pracoviště, která chtějí digitalizovat pomocí CR :  
KOMD doporučuje nadále **individuální konzultaci** pracovišť, která chtějí digitalizovat. KOMD bude souhlasit s digitalizací screeningového MG pracoviště za podmínky, že v digitálním zobrazovacím řetězci budou zařazeny prvky, které již mají mezinárodní certifikát s určením pro mamografii. Úložiště dat musí splňovat podmínku archivace MG obrazu 5 let. U digitálních MG pracovišť musí být na UZ vyšetřovnách, kde se doplňují UZ vyšetření prsů, dostupná obrazová MG informace na monitoru.  
Za výše zmíněných podmínek KOMD nemá námitky k žádosti o digitalizaci u screeningového pracoviště FTN Praha.

Přítomni :

Doc. MUDr. J. Daneš, CSc.

Prim. MUDr. M. Skovajsová, Ph.D.

MUDr. Dana Housenková, Ph.D.

Prim. MUDr. Z. Svobodová

Prim. MUDr. Z. Mutina

MUDr. I. Hrnčířová

Ing. V. Kovář

Prim. MUDr. H. Bartoňková

Hosté : Mgr. A. Svobodník, Ing. I. Radinová, prim. MUDr. Marko Oleár

Nepřítomni : Prim. MUDr. K. Dvořák, MUDr. D. Zoubek