



KOMISE ODBORNÍKŮ PRO MAMÁRNÍ DIAGNOSTIKU

## Zápis KOMD ze dne: 27. 11. 2009

1. Pracoviště G-Medica Brno, případně jiné screeningové pracoviště, používající jen malý detektor: standardní mamografické (MG) vyšetření prsu představuje celkově 4 expozice (= 4 projekce). Je nepřijatelné, aby pracoviště při velkém objemu mléčné žlázy provádělo na malém detektoru digitálního mamografu více expozic.
2. Informace o jednání s ředitelem Horákem na VZP (DA).
3. Informace o dříve problematickém MG pracovišti Blansko (DA). Screeningové pracoviště udělalo kvalitativní skok. Centrum funguje nyní po všech stránkách velmi dobře. KOMD doporučuje další pokračování.
4. U dobře fungujících screeningových center navrhne KOMD Komisi MZ zvětšit interval mezi reakreditacemi až na 3 roky. Bude tedy možno používat intervaly od 0 do 3 let.
5. On-line poradna na mam0-cz:  
leden – dr. Houserková  
únor – dr. Hrnčířová  
březen – dr. Mutina  
duben – dr. Váša  
květen – dr. Zoubek  
červen – dr. Bartoňková

Prof. MUDr. J. Daneš, CSc.

Prim. MUDr. M. Skovajsová, Ph.D.

MUDr. D. Houserková, Ph.D

MUDr. I. Hrnčířová

MUDr. D. Zoubek

Prim. MUDr. Z. Mutina

Prim. MUDr. H. Bartoňková

Omluveni : Prim. MUDr. Z. Svobodová, Ing. V. Kovář